

锦屏县人民医院神经外科设备及配件采购项目竞争性谈判公告

一、项目概况:

根据临床实际业务需求,经院办公会批准采购设备及配件批:①配套德国蛇牌电刀(GN60)双极电凝镊(长)1把、双极电凝镊(短)1把、脚踏控制开关1个、电凝镊连接线1根;②弓形手摇颅钻1套,包含弓形手摇颅钻1把、开颅钻头8*8一个、球形钻头8*11两个;③经颅磁刺激治疗仪一台。预算金额66400.00元。

根据《府办发(2020)35号》规定,50万元以下货物采购项目可由采购人自主采购,经院办公会批准由医院自行组织竞争性谈判采购,招标项目的潜在投标人可通过采购科报名获取招标文件(包括电子版)。

二、项目基本信息

项目名称:锦屏县人民医院神经外科设备及配件采购项目

采购方式:竞争性谈判(院内组织)

预算金额(元):66400.00元

最高限价(元):66400.00元

资金来源:医院自筹资金

标项名称:锦屏县人民医院神经外科设备及配件采购项目

数量: 详情见采购清单 (附件 1)

简要规格描述: 详见招标文件

合同网约期限: 通知书发出之日起 10 日历天

本项目《是/否》接受联合体投标: 否

三、投标人资格要求

1, 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条, 供应商按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的要求提供资料:

(1) 投标人具有有效的工商营业执照, 组织机构代码证副本。税务登记证则本 (或三证合一的营业执照):

(2) 提供 2024 年度至今任意三个月的财务报表或基本开户银行出具的资信证明:

(3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 (投标人自行承诺即可):

(4) 依法缴纳税收开标前任盘 1 个月完税证明和社会保障资金开标前任意 1 个月社保缴纳证明的相关材料:

(5) 参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有违法违规记录声明:

(6) 法律、行政法规规定的其他条件: 供应商提供承诺函 (格式自拟), 承诺在 “信用中国” 网站 (www.ereditchina.gov.cn)、中国政府采购网

(wmm, cegp. gov, cn) 等渠道查询中未被列入失信被执行人名单重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其谈判资格，并承担由此造成的切法律责任及后果。

(7) 投标人法定代表人身份证明或法人授权书:

(8) 其他补充事宜

四、本项目不接受联合体投标

五、获取招标文件

时间: 2025 年 05 月 14 日 8 时 0 分至 2025 年 05 月 16 日 17 时 30 分。

地点: 锦屏县人民医院采购科

售价: 0 元人民币(含电子文档)

六、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间: 2025 年 05 月 19 日 16 时 00 分 00 秒

投标地点(网址): 锦屏县人民医院院采购科

开标时间: 2025 年 05 月 19 日 16 时 00 分

开标地点: 锦屏县人民医院四楼会议室

六、公告期限

公告发布之日起至投标文件递交截止时间

七、其他补充事宜：其他未约定事宜，最终解释权所属
锦屏县人民医院

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

采购人信息：

名称：锦屏县人民医院

地址：锦屏县三江镇风雨桥社区 194 号

项目联系人：（欧大棋）

项目联系方式：0855-7221727 18788719036

附件 1：设备采购清单



附件1:



设备采购清单

序号	设备名称	规格要求	数量	单位
1	德国 双极 电刀 GN60 配套 使用 附件	双极电凝镊（长） 配套德国双极电刀 GN60 型使用，功率调节范围：蛇牌双极电凝镊的功率调节范围为 0.1 - 50W，分为微双极模式（0.1 - 9.9W）和宏双极模式（1 - 50W）。参数要求：US 圆插脚，蛇牌双极电凝镊（长）GK789R 135/255mm。	1	把
		双极电凝镊（短） 配套德国双极电刀 GN60 型使用，功率调节范围：蛇牌双极电凝镊的功率调节范围为 0.1 - 50W，分为微双极模式（0.1 - 9.9W）和宏双极模式（1 - 50W）。参数要求：US 圆插脚，蛇牌双极电凝镊（短）GK960R 100/195mm。	1	把
		电凝镊连接线 配套德国双极电刀 GN60 型使用	2	根
		脚踏开关 配套德国双极电刀 GN60 型使用	1	个
2	弓形 手摇 颅钻	开颅钻头 开颅钻头 8*8	1	个
		球形钻头 球形钻头 8*11	4	个
		手摇颅骨钻 弓形手摇颅骨钻	1	把
3	经颅磁刺激治疗仪	产品性能：偏瘫、小儿脑障碍、脑血栓、老年性痴呆、脑出血恢复期、抑郁性神经、神经衰弱综合症、脑供血不足、偏头痛等脑病 规格参数： 1. 治疗体磁感应强度 1 档：6—10mT；2 档：11—19 mT 2. 治疗通道 2 路输出、同时可治疗 2 人，每一路可独立工作。 3. 治疗时间 5—95 分钟（任意可调） 4. 治疗模式 11 变频模式+8 种定频模式+按摩功能 5. 治疗频率 1HZ、5HZ、10HZ、15HZ、20HZ、30HZ、40HZ、50HZ，输出波形为正弦波 6. 治疗帽治疗体数量及对应位置 治疗帽有 9 个治疗体，其中一个大治疗头，8 个小治疗头 7. 磁治疗头震动 磁治疗头震动有三种模式，第一种模式震动	1	台



		0.5 秒，间歇 2 秒，循环重复以上过程；第二种模式震动 0.5 秒，间歇 1 秒，震动 0.5 秒，间歇 2 秒，循环重复以上过程；第三种模式震动时间 0.5 秒，间歇 1 秒，震动 0.5 秒，间歇 1 秒，震动 0.5 秒，间歇 2 秒，循环重复以上过程；三种模式每 30 秒循环转换一次。 8. 治疗帽各导线连接强度 可承受 20N 的拉力，允差±2N 9. 安全分类 I 类 BF 型 10. 控制方式 真彩触摸屏 11. 功率 最大功率 100VA，误差±10% 12. 工作条件及工作电源 环境温度：10℃—40℃；相对湿度：30% — 75%。电源要求：AC 220V±22V，50Hz±1HZ 13. 存储条件 相对湿度：≤93% 温度：-40℃~ +55℃		
--	--	--	--	--